

Controle e verificação da qualidade da sidra





Um **SpectraAlyzer Cerveja** para todos os parâmetros

Parâmetros	Alcance	Unidade	Repetibilidade
Álcool	4 - 5	% v/v	0.02
Glicose	0.35 - 5	% w/w	0.1
Frutose	0.3 - 3.8	% w/w	0.1
Maltose	0 - 1.5	% w/w	0.07
Sacarose	0 - 7	% w/w	0.3
Açúcares totais	5 - 10	% w/w	0.1
pH	2 - 3.5		0.06
Densidade	1.02 - 1.05	g/cm ³	0.0005
Dis. CO ₂	0.5 - 0.7	% m/v	0.01
Total SO ₂	18 - 106	mg/l	2

ZEUTEC - GStec

Rua Alagoas, N. 599, Sala 3
Jardim dos Estados
Campo Grande - MS
Brasil

(67) 326-6001 / (67) 3326-6010
gleize@gstecms.com.br
silvio@gstecms.com.br
www.gstecms.com.br

ZEUTEC

 **GStec**[®]